EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Réanimation de Base avec l'utilisation d'un Défibrillateur Externe Automatique (DEA)

Eurodist
Your partner in first aid

Vérifier si la victime réagit

- Secouer prudemment
- Demander d'une voix forte: "Est-ce que ça va?"

Si la victime ne réagit pas

- Ouvrir les voies respiratoires et évaluer la respiration

Si la victime ne réagit pas et ne respire pas normalement

- **Appeler le 112, envoyer quelqu'un chercher un DEA**

Si la victime respire

Placer la victime en position latérale de sécurité
- Appeler le 112
- Vérifier régulièrement si la respiration reste normale

Commencer immédiatement les compressions thoraciques

- Placer les mains au centre du thorax
- Réaliser 30 compressions thoraciques:
  - Enfoncer le sternum d'environ 5 cm mais pas plus de 6 cm
  - Comprimer à une fréquence de minimum 100/min mais pas plus de 120/min
- Si formé et compétent à combiner les compressions thoraciques avec les insufflations, sinon continuer uniquement les compressions thoraciques
  - Placer les lèvres autour de la bouche en veillant à assurer une bonne étanchéité.
  - Insuffler de façon régulière en regardant le thorax monter
  - Insuffler une seconde fois lorsque le thorax est redescendu
- Continuer la RCP: 30 compressions thoraciques et 2 insufflations

Dès que le DEA est disponible: brancher le DEA et appliquer les électrodes

- Suivre les instructions verbales/visuelles
- Appliquer une électrode en-dessous de l'aiselle gauche
- Appliquer l'autre électrode sous la clavicule droite et à côté du sternum
- Si plus d'un secouriste présent: ne pas interrompre la RCP

Quand un choc est indiqué

- Prendre distance et administrer le choc
- Continuer la RCP

Suivre les instructions du DEA

Continuer la RCP jusqu'à ce que vous êtes certain que la victime a récupéré et recommence à respirer normalement

EURODIST SA/NV
10 rue Louis Braille - 1402 Nivelles - Belgium
Tel +32 67 63 49 90 • Fax +32 67 84 11 84 info@eurodist.be - **www.eurodist.be**